CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Este certificado certifica que los items listados abajo han sido probados, fabricados, calibrados y/o inspeccionados de acuerdo con los procedimientos de IDEAL INDUSTRIES. Estos procedimientos son ISO 9001:2008 controlados y diseñados para asegurar que el instrumento cumplirá con su especificación publicada.

Se han realizado inspecciones y / o pruebas y calibración, según corresponda en o por nombre de

IDEAL INDUSTRIES LATINOAMERICA

Guadalajara Technology Park,Parque Ferrán III

Paseo de los Adobes 1079-10, C.P. 45010

Zapopan, Jalisco, México.

El cumplimiento de calibración se logra por comparación con un modelo calibrado, usando una estación ATE (Automated Test Equipement), de conformidad con el procedimiento del sistema LanTEK® de calibración de fábrica 160626/160609 en los archivos de la dirección anterior. El procedimiento 160637 detalla el método de calibración mostrando la trazabilidad de calibración del ATE con un Analizador de Red con certificado de calibración documentando la trazabilidad del National Physical Laboratory (NPL) y o el National Institute of Standards and Technology (NIST).

No Referencia:	17CH0115	
Nombre Cliente:	REDES DIGITALES EASYRED LIMITADA.	
No Modelo:	LanTEK II-500	
Número de serie del Dispositivo Display	1425476	
Número de serie del Dispositivo Remoto	1425507	
Versión Firmware	2.048	
Equipo usado para la Calibración:	Estación de Calibración ATE LanTEK (No Serie: 05)	
Fecha de Calibración:	13/12/2017	
Próxima Calibración Recomendada:	13/12/2018	
Condiciones Ambientales:	Temperatura:24°C ± 3°C	Humedad Relativa: 41% ± 20%
No de Páginas:	2	
Calibrado por:	Raul Talabar	
Firma:		
Fecha:	13/12/2017	